# Patientinformation

## Homepump vid antibiotika infusioner

Homepump är en engångs infusionspump. Trycket i ballongen när den drar ihop sig driver pumpen. Den behöver därför inte hänga högt för att fungera utan kan läggas i avsedd Homepump väska, utanpå kläderna.

- Vid inkoppling av pump är det viktigt att du iakttar följande:
- Tvätta först händerna noga och håll dig på en ren arbetsyta (undvik att ta på de delar som skall kopplas ihop).
- Fyll slangen, ta bort skyddshatten vid slangänden och öppna slangklämman. Det är viktigt att slangen fylls utan luftbubblor.
- När luften är borta och slangen fylld stänger du slangklämman.
- Anslut sedan till kanyl eller motsvarande.
- Öppna slangklämman och infusionen startar.
- Kontrollera att slangen inte ligger i kläm.
- Undvik att duscha och bada pumpen.
- Pumpen tål att tappas i golvet.
- Inspektera insticket dagligen.

**Vid rodnad, smärta eller läckage, stäng pumpen med slangklämman och kontakta sjukhuset!**

Efter avslutad infusion:

- Stäng slangklämman.
- Stäng trevägskran eller motsvarande.
- Skruva loss pumpslangen moturs.
- Spola kranen eller motsvarande med NaCl-lösning 9 mg/ml.
- Återförslut kanyl eller motsvarande.

Vid kylskåpsförvaring av Homepump skall pumpen läggas i rumstemperatur 6 - 18 timmar (beroende på pumpens storlek) före infusionen så att vätskan är rumstempererad vid infusions start.

**Om det skulle uppstå några problem eller om Du har några frågor är Du välkommen att kontakta:**

**Mottagning** **tfn: .....**

**Avdelning** **tfn: .....**